

beurer

IL 11
IL 21

SK



SK **Infračervená lampa**
Návod na obsluhu

Aplikácia

Tento infračervený žiarič je určená len na ožarovanie ľudského tela.

Pri ožarovaní infračerveným svetlom dochádza k prenosu tepla na človeka. Ožarovaná pokožka je silnejšie prekrvovaná a zvyšuje sa látková premena v teplotnom poli. Telo je účinkom infračerveného svetla stimulované k uzdraveniu; liečebné procesy je možné cielene podporiť.

Infračervené svetlo sa môže použiť napr. ako sprievodná terapia pri liečení krčno-nosno-ušných ochorení, ako aj na podporu pri starostlivosti o pleť a pestovaní krásy, najmä pri nečistej pokožke. Konzultujte však vopred svojho lekára, či má použitie v jednotlivých prípadoch zmysel.

Použitie

Pred použitím zariadenia odstráňte všetky obalové materiály. Pred použitím skontrolujte, či je infražiarič úplne zaskrutkovaný. Dbajte vždy na bezpečnú a stabilnú polohu vášho zariadenia. Odstup infražiariča a ožarovanou časťou tela nesmie prekročiť nasledujúce hodnoty:

IL11: minimálne 60 cm

IL21: minimálne 80 cm

Pri ožarovaní tváre vždy zatvorte oči! Odporúčaná doba ožarovania predstavuje max. 12 minút.

Na začiatok sa odporúča zvoliť kratší čas ožarovania. Pokožka niektorých ľudí však môže aj pri správnom používaní prístroja reagovať precitlivo na tepelné ožarovanie (napr. silné sčervenanie, tvorenie pľuzgierikov, svrbenie, silné potenie) alebo alergicky. Pravidelne kontrolujte ožarovanú časť tela. V prípade výskytu náznakov precitlivenosti alebo alergickej reakcie ukončite ihneď ožarovanie a konzultujte lekára.

Zariadenie je vybavené polohovateľným tienidlom. 5 polohy sklonu vám umožňujú nastaviť infražiarič individuálne podľa vašich potrieb.

Čistenie/Výmena infražiariča

Pred každým čistením a pri výmene infražiariča musí byť zariadenie vypnuté, odpojené od elektrickej siete a vychladnuté.

Zariadenie je možné čistiť mokrou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá. Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostala voda. Zariadenie použite znovu až potom, ak je úplne suché.

Dbajte, prosím, na to, že ako náhradu je dovolené použiť len infražiariče originálneho typu.

Zariadenie: **Náhradný žiarič/Typ:**

Technické údaje:

Vysvetlenie značiek:

IL 11 Infrared R95 E (100 W)

230V ~ 50 Hz

 Pozor – prečítajte si, prosím, návod na používanie!

IL 21 Infrared PAR 38 E (150 W)

230V ~ 50 Hz

 Časť používania Typ B

 Prístroj triedy ochrany II

  Pozor, horúci povrch

! Dôležité upozornenia – uschovajte pre neskoršie použitie

Pozorne si prečítajte upozornenia a sprístupnite ich iným používateľom.

- Puzdro lampy a infražiariča sa počas prevádzky silno zahrieva. Pri dotyku hrozí nebezpečenstvo popálenia! Pred dotýkaním treba lampu vždy najprv nechať vychladnúť.
- Pred použitím zariadenia odstráňte všetky obalové materiály.
- Zariadenie sa môže pripojiť len na sieťové napätie uvedené na výrobnom štítku.

- Pri ožarovaní tváre zatvorte vždy oči, aby sa zamedzilo poraneniu očí (nepozerajte priamo do infračerveného svetla).
- Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo nedostatočnými znalosťami, s výnimkou prípadu, ak prístroj používajú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak od tejto osoby obdržali inštrukcie, ako prístroj bezpečne používať.
Dohladiajte na deti, aby sa nehrali s prístrojom.
- Nepoužívajte u osôb so zníženou citlivosťou na teplo.
Pocitovanie tepla môže byť v nasledujúcich prípadoch nižšie alebo vyššie:
 - u diabetických pacientov,
 - u osôb s ospalosťou, demenciou alebo poruchami koncentrácie,
 - u osôb s chorobnými zmenami pokožky, u osôb s jazvami na mieste použitia,
 - u osôb s alergiami,
 - u detí a starších osôb,
 - po požití liekov alebo alkoholu.
- Pri akútnych zápalových procesoch ba malo byť ožarovanie vykonávané až po porade s lekárom.
- Čas použitia obmedzte vždy a kontrolujte reakciu pokožky.
- Lieky, kozmetické prípravky alebo potraviny môžu za určitých okolností viesť k precitlivejšej alebo alergickej reakcii pokožky. Ožarovanie sa musí v tomto prípade ihneď ukončiť.
- V prípade nepretržitej prevádzky prístroja je treba postupovať obzvlášť opatrne a pozorne – nikdy nezaspíte počas ožarovania!
- Po požití utišujúcich prostriedkov, ako aj alkoholu, by ste zariadenie nemali používať, nakoľko môžete mať zníženú citlivosť na teplo. Pred použitím sa poraďte so svojim lekárom.
- Príliš dlhá aplikácia môže viesť k popáleniu pokožky.
- Infražiaríč nechytajte a ani sa ho nesnažte vyskrutkovať, ak je zariadenie pripojené na elektrickú sieť.
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá hroziace v súvislosti s používaním elektrických zariadení. Zabezpečte, aby deti nemohli vaše zariadenie používať bez dozoru.
- Zariadenie sa môže používať len za dozoru.
- Zariadenie sa nesmie v ohriatom stave prikrývať alebo zabalené uschovať.
- Prv, ako na zariadenie siahnete, vždy vytiahnite elektrickú koncovku a nechajte zariadenie vychladnúť. Vzdialenosť, ktorú treba dodržať od horľavých predmetov, je 1,0 m. Zariadenie nevesajte na stenu alebo strop.
- Nesiahajte na zariadenie mokrými rukami, ak je pripojené na elektrickú sieť; na zariadenie nesmie odstreknúť voda. Zariadenie sa môže používať len v úplne suchom stave.
- Zariadenie chráňte pres silnejšími nárazmi.
- Neodpájajte elektrickú koncovku zo zásuvky ťahom za kábel.
- Pri poškodení elektrického kábla a schránky zariadenia sa obráťte na zákaznícky servis Beurer alebo špecializovaného predajcu, nakoľko si ich oprava vyžaduje použitie špeciálneho náradia.
- Osvetľovacie prostriedky sú vyňaté zo záruky.
- Odpojenie od elektrickej siete je zaručené iba vtedy, keď je sieťová zástrčka vytiahnutá zo elektrickej zásuvky.
- Sieťový kábel sa nesmie omotávať okolo infračervenej lampy, keď je lampa v prevádzke, ani na jeho uskladnenie.

Technické údaje

Pripojenie do elektrickej siete	AC 230 V / 50 Hz
Príkon	IL 11: 100 W; IL 21: 150 W
Rozmery (Š x V x H)	IL 11: 120 x 205 x 165 mm IL 21: 140 x 205 x 175 mm
Hmotnosť	IL 11: asi 330g IL 21: asi 612g
Prevádzkové podmienky	Teplota: -5°C až +35°C Relatívna vlhkosť vzduchu: < 85%
Podmienky na skladovanie a prepravu	Teplota: -5°C až +50°C Relatívna vlhkosť vzduchu: < 85%
Protection class	II

Vyhradujeme si právo na technické zmeny s cieľom vylepšenia a ďalšieho vývoja produktu. Farebné odchýlky skla počas prevádzky sú výrobo-technicky podmienené a nijakým spôsobom neovplyvňujú funkcie a kvalitu.

Likvidácia

Zariadenie zlikvidujte v súlade s vyhláškou o likvidácii vyradených elektrických a elektronických zariadení 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na komunálnu inštitúciu príslušnú pre odpadové hospodárstvo.

